HemoCue Hb 201 DM

Aide-mémoire

Cet aide-mémoire doit servir de guide rapide de référence. Pour l'ensemble des procédures, voir les instructions d'utilisation. Pour la configuration, voir le manuel de référence.


Procédure de test de démarrage et de test patient

Allumer l'analyseur et mettre le support de cuvette en position de charge. Entrer l'ID de l'opérateur si cette fonction est activée.

1.  

   Dans le Menu Principal, presser la touche Test patient ou Test de démarrage.

2. 

   Entrer les informations requises via les touches Mode texte et Mode numérique ou à l'aide du Scanner Code Barre via la touche Scanner Code Barre. La procédure peut varier en fonction des informations demandées dans les Réglages. Le numéro de lot de cuvette, l'ID du patient et/ou l'ID du laboratoire peuvent ou non être requis. Ces informations sont en option lors de la procédure de test de démarrage.

3. Remplir une microcuvette et l'insérer dans le support de cuvette.

4. Le résultat s'affichera une fois la mesure terminée.

5a. 

5b. 

Pour ajouter des commentaires au résultat, appuyer sur la touche Commentaire. Le résultat reste affiché à l'écran même si le support de cuvette est retiré. Il est donc possible d'examiner la cuvette avant d'ajouter des commentaires.
Remarque : si le livre est en pointillés, des commentaires ont été ajoutés au résultat.

6. 

La touche Vérifier permet de mesurer un nouvel échantillon pour un même patient et ainsi de contrôler le résultat.
Remarque : ne jamais effectuer de nouvelle mesure avec la même cuvette.

7. 

Appuyer sur la touche Confirmer pour enregistrer les informations. Le Menu Principal s'affiche.

Remarque : un test patient peut également être mis en place en remplissant et en insérant une cuvette. Cela permet de rentrer les informations requises pendant la mesure de l'échantillon.

HemoCue®

HemoCue Hb 201 DM

Aide-mémoire


Cet aide-mémoire doit servir de guide rapide de référence. Pour l'ensemble des procédures, voir les instructions d'utilisation. Pour la configuration, voir le manuel de référence.

Procédure de test CQ






Selon le réglage du rappel de test CQ, l'icône de rappel s'affiche dans le Menu Principal pour avertir d'un verrouillage CQ imminent.
Si le CQ requis n'est pas réalisé dans la période de rappel prédéfinie, l'analyseur se verrouille. Pour déverrouiller l'analyseur, les mesures CQ requises doivent être réalisées et approuvées. Aucun test patient ne peut être effectué durant un verrouillage.

1. 

Dans le Menu Principal, presser la touche Test CQ. Le menu CQ s'affiche. Choisir le niveau CQ requis. Remplir une cuvette avec le niveau approprié de solution de contrôle. Insérer la cuvette.

2. 





Entrer les informations requises via les touches Mode texte et Mode numérique ou à l'aide du Scanner Code Barre via la touche Scanner Code Barre.
Remarque : si aucun numéro de lot de solution de contrôle n'est enregistré dans l'analyseur ou s'il a expiré, le texte suivant s'affiche :
Lot de contrôle invalide.

3. Le résultat s'affiche lorsque toutes les informations requises ont été saisies et que la mesure est terminée.

4. 

Pour consulter une représentation graphique des tests CQ les plus récents, presser la touche Statistiques.

5a. 

Pour ajouter des commentaires au résultat, appuyer sur la touche Commentaire. Le résultat reste affiché à l'écran même si le support de cuvette est retiré. Il est donc possible d'examiner la cuvette avant d'ajouter des commentaires.

5b. 

Remarque : si le livre est en pointillés, des commentaires ont été ajoutés au résultat.

6. 

Appuyer sur la touche Confirmer pour enregistrer les informations. Le Menu Principal s'affiche.

HEMOCUE®

901135 121210